



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

US.C.35.018.A № 53556

Срок действия до 19 декабря 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Пробники высоковольтные P6015A

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Фирма "Tektronix, Inc.", США

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **55997-13**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП 55997-13

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **1 год**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от **19 декабря 2013 г. № 1496**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Ф.В.Бульгин



"26" 12 2013 г.

Серия СИ

№ 013228